



## 6 製品／サービスの概要（想定価格も含む）

手すりは握りやすいディンプル形状で高さは80～90 cm対応となっているので背の高い方でも使用いただけます。ベースはコンパクトサイズで様々な場所で使用できます。また、ベース端部はなだらかなスロープ形状となっているので、すり足の方でも問題なく使用できます。マットカラーは5色から選べます。

価格：オープンプライス

## 7 製品／サービスの主な対象者 下記の項目で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

- 介護者（施設ケア）  介護者（在宅ケア）  被介護者（施設ケア）  被介護者（在宅ケア）  
 リハビリ利用者（集団）  リハビリ利用者（個別）  管理者（スタッフ管理）  管理者（利用者管理）

## 8 想定している被介護者の状況

- 想定できていない・検討中 → ⑨ にすすむ  
 被介護者の状態無関係に利用可能 → ⑨ にすすむ  
 被介護者の状態次第にて利用可能 → 下記の項目毎で、あてはまる主なものに○をつけてください（複数回答可）

### 介護保険制度 要介護認定

- 要支援 1、2  要介護 1  要介護 2  要介護 3  要介護 4～5

### 障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 参考：厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

- 自立  ランク J（生活自立）  ランク A（準寝たきり）  
 ランク B（寝たきり／座位保つ）  ランク C（寝たきり）

### 認知症高齢者の日常生活自立度 参考：厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

- 自立  ランク I  ランク II（a・b）  ランク III（a・b）  ランク IV  ランク V

### 自社独自の分類

## 9 製品／サービスの使用上における制限（身体面・環境面含む）・禁忌及び注意事項

電動ベッドで使用する場合は、電動ベッドの取扱説明書を確認してください。また電動ベッドで使用する場合は頭や手、足が入った状態でベッドを操作すると身体の傷害や生命にかかわる事故を発生させるおそれがあるので注意してください。固定式ではないため、設置後の安定性を確認してください。定期的にガタつき、ネジの緩みがないか確認をして下さい。

## 10 製品／サービスの導入事例（写真やイメージ図含む）

※実際、施設等で使用されている様子の写真を載せてください。

ない場合は、⑤の掲載のみで、⑩は空欄としてください。⑤と⑩で重複した写真の掲載は不要です。